

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะและราคาภาระ<sup>1</sup>  
ชุดคัดกรอง Smart BP box รองรับเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอลแบบสอดแขน  
และเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาลสกนธ จำนวน ๑๐ ชุด

**๑. ความต้องการ**

ชุด Convergence รับส่งข้อมูลจากเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน เพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

**๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน**

เพื่อใช้สำหรับรับส่งข้อมูลค่าความดันโลหิต และสามารถเชื่อมต่อข้อมูลผู้ป่วยสู่ระบบบริหารข้อมูลของโรงพยาบาล (HIS) หรือหน่วยงานสาธารณสุข

**๓. คุณลักษณะทั่วไป**

๓.๑. โครงสร้างภายนอกของชุด Convergence รับส่งข้อมูลสัญญาณซีพຸป່າຍ ทำจากวัสดุไม่ใช่โลหะ ทนต่อการผุกร่อน และไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้า

๓.๒. ชุด Convergence รับส่งข้อมูลสัญญาณซีพຸป່າຍ Color LCD ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Touch screen

๓.๓. ชุด Convergence รับส่งข้อมูลสัญญาณซีพຸป່າຍ สามารถแสดงค่าการวัดความดันโลหิต (Systolic, Diastolic), อัตราการเต้นชีพจร

๓.๔. ชุด Convergence รับส่งข้อมูลสัญญาณซีพຸป່າຍ สามารถรองรับการเชื่อมต่อข้อมูลผู้ป่วยสู่ระบบ Hospital Information System (HIS)

๓.๕. ใช้งานได้กับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิรตซ์หรือกระแสไฟฟ้าของประเทศไทย

**๔. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค**

๔.๑. ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Embedded system ไม่เกิดความร้อนสะสมและสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

๔.๒. จอแสดงผล (Display)

๔.๒.๑. มีจอแสดงผลชนิด Color LCD ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Touch screen

๔.๒.๒. สามารถแสดงผลการวัดค่าพารามิเตอร์เป็นตัวเลขดิจิตอล ที่มองเห็นได้ และขัดเจน

๔.๒.๓. สามารถแสดงเวลาและวันที่เข้ารับบริการได้

๔.๒.๔. สามารถแสดงหมายเลขประจำตัวประชาชนหรือเลข HN ของผู้เข้ารับบริการได้

๔.๒.๕. มีการแสดงภาพกราฟิกและข้อมูลประกอบในการลำดับขั้นตอนการใช้งานชุด Convergence รับส่งข้อมูลสัญญาณซีพຸป່າຍ เพื่อความสะดวกของผู้เข้ารับบริการ

๔.๒.๖. สามารถแสดงค่าพารามิเตอร์ของการวัดสัญญาณซีพຸป່າຍได้ ดังนี้

๔.๒.๖.๑. ค่าความดันโลหิต Systolic และ Diastolic

๔.๒.๖.๒. ค่าอัตราการเต้นชีพจร

ลงชื่อ.....*พญ.* ประธานกรรมการ

นางสาวโทชล ศรียายาง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....*พญ.* กรรมการ

นางสาวจินดารัตน์ ชัยโพธิ์คำ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....*พญ.* กรรมการ

นางผนงส์ เมตตาวิมล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

๒/๔.๓. มีหมาย...

๔.๓. มีโหมดตั้งค่าการทำงาน (Configuration) ดังนี้

๔.๓.๑. มีเมนูเลือกรูปแบบการทำงานอย่างน้อย ๒ รูปแบบ ดังนี้ Stand-alone และ Network เขื่อมต่อระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาล

๔.๓.๒. มีเมนูเลือกรูปแบบการเขื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาลอย่างน้อย ดังนี้ Static และ DHCP

๔.๓.๓. มีเมนู Barcode สามารถเลือกอ่านค่าได้อย่างน้อย ดังนี้ บัตรประชาชน (CID) และ HN

๔.๓.๔. มีเมนูสำหรับ Reboot เครื่อง

๔.๓.๕. มีเมนูปรับตั้งเวลาและวันที่

๔.๓.๖. มีเมนูที่สามารถเลือกรูปแบบการเขื่อมต่อกับเครื่องวัดความดันโลหิตได้อย่างน้อย ๓ ยี่ห้อ

๔.๔. ด้านหลังตัวเครื่องชุด Convergence รับส่งข้อมูลสัญญาณซีพ ต้องมีช่องสำหรับรับส่งข้อมูล RS-232 และ USB

๔.๕. ชุด Convergence รับส่งข้อมูลสัญญาณซีพ มีระบบแจ้งเตือนเมื่อใส่บัตรประชาชนผิดด้าน

๔.๖. ผู้เข้ารับบริการสามารถยืนยันตัวตน โดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน กรณีที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้

๔.๗. ชุด Convergence รับส่งข้อมูลสัญญาณซีพ สามารถแจ้งเตือนเมื่อค่าที่วัดถูกส่งเขาระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลได้

๔.๘. ชุด Convergence รับส่งข้อมูลสัญญาณซีพ มีระบบ self-test มีรายละเอียดดังนี้

๔.๘.๑. การเขื่อมต่อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนและชุด Convergence รับส่งข้อมูลสัญญาณซีพ กรณีที่เครื่องวัดความดันใช้ Port ส่งข้อมูลชนิด USB หรือ Bluetooth

๔.๘.๒. การเขื่อมต่อ Network ของโรงพยาบาลและชุด Convergence รับส่งข้อมูลสัญญาณซีพ

๕. อุปกรณ์ประกอบ

๕.๑. ชุด Convergence รับส่งข้อมูลเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน จำนวน ๑ ชุด/เครื่อง

๕.๒. รถเข็นเหล็กเคลือบสีแบบ Powder coating วางเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน ๑ คัน/เครื่อง

๖. เงื่อนไขเฉพาะ

๖.๑. เป็นเครื่องใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งาน หรือสาธิมาก่อน

๖.๒. มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ ๑ ชุด

๖.๓. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๖.๔. ในวันส่งมอบผู้ขายต้องทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ทั้งหมด ให้คณะกรรมการตรวจสอบตามข้อกำหนด และพร้อมสาธิตวิธีการใช้เครื่องได้ตลอดระยะเวลาที่รับประกันเมื่อโรงพยาบาลสกลนครรับของ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

นางสาวโพธิ์สิริ ศรียาาง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการ

นางสาวจินดารัตน์ ชัยโพธิ์คำ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการ

นางผนสั่ง เมตตาวิมล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการนิเทศ

- ๖.๕. ผู้ขายสามารถให้ความมั่นใจด้านการบริการหลังการขายโดยมีช่างซึ่งได้รับการฝึกอบรมโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต
- ๖.๖. ผู้ขายจะต้องส่งช่างมาทำการตรวจสอบประสิทธิภาพและบำรุงรักษาในระยะเวลาอันสั้นทุกๆ ๔ เดือน และส่งรายงานผลการตรวจสอบให้กับโรงพยาบาลทุกครั้ง
- ๖.๗. ผู้ขายจะต้องฝึกสอนการใช้งาน ให้แก่ผู้ใช้งานของโรงพยาบาลจนสามารถใช้งานได้ถูกต้อง
- ๖.๘. ผู้ขายจะต้องฝึกสอนการซ่อมบำรุงเบื้องต้นให้แก่ช่าง ของโรงพยาบาลจนสามารถดูแลเครื่องเองได้ ต่อเนื่องหลังจากหมดประกัน
- ๖.๙. ในระยะเวลาที่รับประกันหากเครื่องมีปัญหา ผู้ขายต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึงสองครั้งยังใช้งานไม่ได้ตามปกติ ผู้ขายต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
- ๖.๑๐. ในกรณีที่เครื่องเสีย เมื่อทางโรงพยาบาล/หน่วยงาน แจ้งไป ผู้ขายต้องส่งช่างมาดูแลภายนอกในไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง และหากเครื่องเสียต้องนำกลับไปซ่อมที่บริษัท และผู้ขายไม่สามารถซ่อมเครื่องภายใน ๗ วัน ต้องมีเครื่องสำรองมาให้ใช้งานจนกว่าเครื่องจะซ่อมเสร็จ

ครุภัณฑ์การแพทย์ชุดคัดกรอง Smart BP box รองรับเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอลแบบสอดแขน และเขื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาลสกอลนคร จำนวน ๑๐ ชุด ราคา각 ๖๕,๐๐๐ บาท (หากหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมราคากลาง ๖๕๐,๐๐๐ บาท (หากแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคา각 ชุดคัดกรอง Smart BP box รองรับเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอลแบบสอดแขนและเขื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาลสกอลนคร จำนวน ๑๐ ชุด โดยสีบราคางานท้องตลาด จำนวน ๓ บริษัท

ลงชื่อ.....*ก.* ประธานกรรมการ  
นายโทขล ศรีญาيا

ลงชื่อ.....*ก.* กรรมการ  
นางสาวจินดารัตน์ ชัยโพธิ์คำ

ลงชื่อ.....*ก.* กรรมการ  
นางฝนส่ง เมตตาวิมล  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการฯ เดชะ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ชุดคัดกรอง Smart BP box รองรับครึ่งวัดความดันโลหิตดิจิตอลแบบสอดเข็น  
..... และเขื่อนต่อระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลสกลนคร จำนวน ๑๐ ชุด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสกลนคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๕๐,๐๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เป็นเงิน ๙๕๐,๐๐๐ บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ๙๕,๐๐๐ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๕.๑. สืบราคาจากห้องตลาด จำนวน ๓ นริษัท คือ  
๕.๑.๑. บริษัท โอนิ เวลดีไวร์ เมรดดิ้ง จำกัด  
๕.๑.๒. บริษัท วีเลฟ โซลูชั่น จำกัด  
๕.๑.๓. บริษัท ดี เมด เทคโนโลยี จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- |                                 |                                   |               |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นavaโทชล ศรียาYang          | ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ     | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นางสาวจินดารัตน์ ชัยโพธิ์คำ | ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ     | กรรมการ       |
| ๖.๓ นางฝนส่ง เมตตาวิมล          | ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ๑๗๘ | กรรมการ       |

ลงชื่อ ..... *150* ประธานกรรมการ  
(นavaโทชล ศรียาYang)  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ ..... *A* กรรมการ  
(นางสาวจินดารัตน์ ชัยโพธิ์คำ)  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ ..... *Cm* กรรมการ  
(นางฝนส่ง เมตตาวิมล)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ๑๗๘