

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

เตียงผ่าตัดทั่วไป จำนวน ๑ เตียง

.....

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เตียงผ่าตัดทั่วไปพร้อมระบบควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรล สามารถจัดทำของเตียงให้เหมาะสมกับการใช้งานตามความต้องการของแพทย์

๒. คุณลักษณะทั่วไป

๒.๑. เป็นเตียงผ่าตัดทั่วไปควบคุมด้วยไฟฟ้า

๒.๒. ใช้ระบบควบคุมการปรับตำแหน่งต่างๆ ของเตียงด้วยระบบไฟฟ้า (Electric Motor)

๒.๓. สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายด้วยล้อที่ซ่อนอยู่ใต้เก้าอี้

๒.๔. สามารถใช้งานได้กับไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒๐-๒๔๐ V ๕๐-๖๐ Hz

๓. คุณสมบัติทางเทคนิค

๓.๑. ควบคุมด้วยระบบเท้าเหยียบติดตั้งเป็นชุดเดียวกันกับตัวเตียง และชุดควบคุมด้วยเท้ารับส่งสัญญาณในการควบคุมด้วยระบบ Wire-less สามารถควบคุมได้โดยสะดวก และชุดควบคุมด้วยมือ (Hand switch)

๓.๒. ตัวเตียงมีความกว้าง ๖๓๐ มิลลิเมตร และมีความยาวรวมตั้งแต่ส่วนรองศีรษะถึงส่วนรองขา ๑,๗๘๐ มิลลิเมตร

๓.๓. สามารถปรับให้เป็นเก้าอี้เพื่อตรวจหรือปรับเป็นเตียงนอนได้โดยไม่ต้องประกอบส่วนรองขาเพิ่มเติม

๓.๔. สามารถปรับระดับความสูง - ต่ำของเตียงได้ โดยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ได้ตั้งแต่ ๕๒๐ - ๑,๑๕๐ มิลลิเมตร

๓.๕. สามารถปรับส่วนรองรับหลัง (Back rest) ขึ้นได้ ๕๐ องศา และปรับลงได้ ๗ องศา ด้วยระบบไฟฟ้า

๓.๖. สามารถปรับส่วนรองรับกระดูกเชิงกราน (Pelvis part) ขึ้นได้ ๑๐ องศา และส่วนรองรับขา (Foot rest) ขึ้นได้ +๑๙ องศา และปรับลงได้ -๑๘ องศา ด้วยระบบไฟฟ้า

๓.๗. มีระบบบันทึกการปรับตำแหน่งเตียง (Memory) ได้ ๙ ตำแหน่ง

๓.๘. มีถาดด้านล่างของเตียง สามารถถอดและทำความสะอาดได้

๓.๙. มีที่สำหรับใส่กระดาษติดตั้งเป็นส่วนเดียวกับตัวเตียงทางด้านหลังของส่วนรองรับหลัง (Paper roll)

๓.๑๐ สามารถรับน้ำหนักคนใช้ได้สูงสุดที่ ๑๘๐ กิโลกรัม

๔. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๔.๑. ชุดรองรับส่วนขา

จำนวน

๑

คู่

๔.๒. ถาดรองรับของเสีย

จำนวน

๑

อัน

๔.๓. ชุดควบคุมด้วยเท้าแบบ Wire-less

จำนวน

๑

อัน

๔.๔. ชุดควบคุมด้วยมือ (Hand switch)

จำนวน

๑


อัน

๔.๕. คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ


จำนวน

๑


เล่ม

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

นาวาโทชวล ศรียาอาจ
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ

นางสาวสมใจ อุดมพงศ์ลักษณ์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ..........กรรมการ


นางสาวตรีวิจิตร มุ่งภู่งกลาง
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ


๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑. ผู้ขายรับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบสินค้า
- ๕.๒. มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องจากบริษัทผู้ผลิตและหลักฐานแสดงการผ่านการอบรมของช่างผู้ทำการตรวจซ่อม เพื่อยืนยันการบริการหลังการขาย
- ๕.๓. มีเอกสารใบขออนุญาตนำเข้า
- ๕.๔. เป็นเครื่องใหม่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ

ราคากลางเตียงผ้าตัดทั่วไป จำนวน ๑ เตียง ราคากลาง ๗๕๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ราคากลางเตียงผ้าตัดทั่วไป จำนวน ๑ เตียง โดยสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ บริษัท

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
นาวาโทชวล ศรีયાายาง
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
นางสาวสมใจ อุดมพงศ์ลักษณ์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
นางสาวตรีวิจิตร มุ่งภูกลาง
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เตียงผ่าตัดทั่วไป จำนวน ๑ ชุด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสกลนคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๕๐,๐๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๕.๑ สืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ บริษัท คือ
- ๕.๑.๑ บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
- ๕.๑.๒ บริษัท เมดิแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ๕.๑.๓ บริษัท สไปโร เมด จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- | | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------------|---------------|
| ๖.๑ นาวาโทชล ศรียายาง | ตำแหน่ง | นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นางสาวสมใจ อุดมพงศ์ลักษณ์ | ตำแหน่ง | นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| ๖.๓ นางสาวตรีวิจิตร มุ่งภู่กลาง | ตำแหน่ง | นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |

ลงชื่อ.....ชล.....ประธานกรรมการ
(นาวาโทชล ศรียายาง)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....สมใจ.....กรรมการ
(นางสาวสมใจ อุดมพงศ์ลักษณ์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ตรีวิจิตร.....กรรมการ
(นางสาวตรีวิจิตร มุ่งภู่กลาง)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ