

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
ถุงบรรจุอาหารเหลว (Nutri Bag)

๑. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๑.๑ ตัวถุงทำจากพลาสติก โพลีเอทิลีน (Polyethelene) มีความเหนียวและทนทานต่อการฉีกขาด รูปทรงสี่เหลี่ยม และทนความร้อนได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๘๐ องศาเซลเซียส
- ๑.๒ มีข้อต่อ (Filling port) สำหรับกรอกอาหารลงถุง พร้อมฝาปิด ทำจากพลาสติก PE (Polyethylene)
- ๑.๓ มีขีดวัดปริมาตรโดยสังเขป สามารถบรรจุอาหารได้ ๕๐๐ ซีซี
- ๑.๔ ปลายถุงมีข้อต่อชนิดเตี้ย (Step connector) ทำจากพลาสติกโพลีเอทิลีน (Polyethylene-PE) สำหรับต่อกับสายให้อาหารได้ พร้อมฝาครอบ ป้องกันสิ่งปนเปื้อน
- ๑.๕ มีรูหรือห่วงสำหรับแขวนกับเสาน้ำเกลือ และเครื่องกรอกอาหาร
- ๑.๖ บรรจุในซองพลาสติก ที่มีความเหนียว และทนทานต่อการเจาะขาดเพื่อรักษา ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ชุด/กล่อง

๒. เงื่อนไขเฉพาะ

๒.๑ บริษัทผู้ขายต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย หรือต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมแนบเอกสารรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ที่สามารถตรวจสอบได้

๒.๒ ผลิตภัณ์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๑๖ และต้องนำเอกสาร (GMP CERTIFICATE) มาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา หรือได้รับมาตรฐานผลิตภัณ์อุตสาหกรรม (มอก) หรือผลิตภัณ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล พร้อมแนบเอกสารรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ที่สามารถตรวจสอบได้

๒.๓ ใช้วัสดุดิบพลาสติกชนิดที่ไม่เป็นพิษ (Non-toxic)

๒.๔ ทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี เอทิลีนออกไซด์(ETO)/รังสีแกมมา (gamma irradiation) ผลิตภัณ์มีระยะเวลาปลอดเชื้อไม่น้อยกว่า ๔ ปี นับตั้งแต่วันที่ผลิต

๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกและเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของผู้เสนอราคา พร้อมขีดเส้นใต้และลงหมายเลขตามข้อกำหนดของโรงพยาบาล ให้ชัดเจนทุกรายการในเอกสาร

๒.๖ รับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบ




๒.๗ ผู้เสนอราคาต้องนำผลิตภัณ์ที่เสนอราคาให้โรงพยาบาลสกลนครทดลองเบื้องต้นและประเมินจากผู้ใช้งานจริง จำนวน ๑๐ ครั้ง เมื่อทดสอบและประเมินคุณภาพของผลิตภัณ์ โดยมีคะแนนเต็มจากการประเมิน ๑๐ คะแนน ตามตาราง การประเมินที่แนบมาในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะนี้และผู้เสนอราคา จะต้องผ่านการประเมินตั้งแต่ ๘๐% ขึ้นไป หากคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในโรงพยาบาลสกลนคร จะไม่รับพิจารณาด้านราคา

๒.๘ หลังจากส่งมอบผลิตภัณ์แล้ว หากสินค้ามีการชำรุดเสียหายในบางชิ้นหรือบางส่วนหรือก่อนหมดอายุ ๖ เดือน บริษัทต้องยินยอมให้แลกเปลี่ยนใหม่โดยไม่คิดมูลค่า

๒.๙ เป็นผลิตภัณ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือผ่านการสาธิตมาก่อน

ราคากลางเวชภัณ์มีไชยา ถุงบรรจุอาหารเหลว (Nutri Bag) จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ชุด ราคากลางชุดละ ๓.๙๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๙๐,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เวชภัณ์มีไชยา ถุงบรรจุอาหารเหลว (Nutri Bag) จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ชุด โดยสืบราคาจากท้องตลาด

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ
(นาวาโทชวล ศรียายาง) (นางวิภา แก้วเคน) (นางสาวสุดคะนิง โรจนชีวะคม)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
สายยางให้อาหารเหลว (Nutri Line-C)

๑. คุณลักษณะเฉพาะ

๑.๑ ปลายสายมีข้อต่อพร้อมฝาปิดทำจากพลาสติก ชนิด PVC สำหรับใช้ร่วมกับข้อต่อชนิดเดียว (Step connector) ของถุงให้อาหาร

๑.๒ กระเปาะหยด มีความยืดหยุ่น สามารถบีบเร่งอาหารได้ และมีความใส สามารถมองเห็นอาหารได้อย่างชัดเจน

๑.๓ สายส่ง มีความยืดหยุ่น ไม่พับงอ มีความใส สามารถมองเห็นอาหารได้อย่างชัดเจน มีความยาวรวมตลอดทั้งชุดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ซม.

๑.๔ มีรางรอก สำหรับควบคุมการไหลและปรับหยุดอาหาร

๑.๕ ปลายสายมีข้อต่อ ชนิดเดียว (Step connector) ทำจากพลาสติก PVC หรือ ABS พร้อมฝาครอบป้องกันสิ่งปนเปื้อน สามารถต่อเข้าสายให้อาหารได้ (Feeding tube) ได้

๑.๖ บรรจุในช่องพลาสติก ที่มีความเหนียวและทนทานต่อการเจาะขาด เพื่อรักษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

๑.๘ บรรจุสาย ๑ ของ ช่องละ ๑ เส้น ของบรรจุมีชื่อผลิตภัณฑ์ มีวันที่ผลิต วันหมดอายุ รุ่นที่ผลิตอย่างชัดเจน มีข้อความปราศจากเชื้อใช้ได้ครั้งเดียว

๒. คุณลักษณะทั่วไป

๒.๑ บริษัทผู้ขายต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย หรือต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมแนบเอกสารรับรองที่ยังไม่หมดอายุที่สามารถตรวจสอบได้

๒.๒ ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๑๖ และต้องนำเอกสารมาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา หรือได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก) หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล พร้อมแนบเอกสารรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ที่สามารถตรวจสอบได้

๒.๓ ใช้วัสดุคุณภาพพลาสติกชนิดที่ไม่เป็นพิษ (Non-toxic)

๒.๔ ทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเอทิลีนออกไซด์ (ETO) ผลิตภัณฑ์มีระยะเวลาปลอดเชื้อไม่น้อยกว่า ๔ ปีนับตั้งแต่วันที่ผลิต

๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกและเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของผู้เสนอราคา พร้อมขีดเส้นใต้และลงหมายเลขตามข้อกำหนดของโรงพยาบาล ให้ชัดเจนทุกรายการในเอกสาร

๒.๖ รับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบ




๒.๗ ผู้เสนอราคาต้องนำผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคาให้โรงพยาบาลสกลนครทดลองเบื้องต้นและประเมินจากผู้ใช้งานจริง จำนวน ๑๐ ครั้ง เมื่อทดสอบและประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยมีคะแนนเต็มจากการประเมิน ๑๐ คะแนน ตามตาราง การประเมินที่แนบมาในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะนี้และผู้เสนอราคา จะต้องผ่านการประเมินตั้งแต่ ๘๐% ขึ้นไป หากคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในโรงพยาบาลสกลนคร จะไม่รับพิจารณาด้านราคา

๒.๘ หลังจากส่งมอบผลิตภัณฑ์แล้ว หากสินค้ามีการชำรุดเสียหายในบางชิ้นหรือบางส่วนหรือก่อนหมดอายุ ๖ เดือน บริษัทต้องยินยอมให้แลกเปลี่ยนใหม่โดยไม่คิดมูลค่า

๒.๙ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือผ่านการสาธิตมาก่อน




ราคากลางเวชภัณฑ์มิใช่ยา สายยางให้อาหารเหลว (Nutri Line-C) จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ชุด ราคากลางชุดละ ๖.๑๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖๑๐,๐๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เวชภัณฑ์มิใช่ยา สายยางให้อาหารเหลว (Nutri Line-C) จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ชุด โดยสืบราคาจากท้องตลาด

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ
(นาวาโทชล ศรีયાายาง) (นางวิภา แก้วเคน) (นางสาวสุตคณิง โรจนชีวะคม)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เวชภัณฑ์มีไข้ยา ภาวะบรรจุกาอาหารเหลวและสายยางให้อาหารเหลว จำนวน ๒ รายการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...โรงพยาบาลสกลนคร...
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๑,๐๑๗,๐๐๐...บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ~~๒๕~~ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗.
- ๔.๑ ราคากลางเวชภัณฑ์มีไข้ยา ภาวะบรรจุกาอาหารเหลวและสายยางให้อาหารเหลว จำนวน ๒ รายการ คือ
๑. ภาวะบรรจุกาอาหารเหลว (Nutri Bag) จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ชุด ราคากลางชุดละ ๓.๙๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๙๐,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
๒. สายยางให้อาหารเหลว (Nutri Line-C) จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ชุด ราคากลางชุดละ ๖.๑๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖๑๐,๐๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
- รวมราคากลางเวชภัณฑ์มีไข้ยา ภาวะบรรจุกาอาหารเหลวและสายยางให้อาหารเหลว จำนวน ๒ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลางสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ บริษัท คือ
- ๕.๑ บริษัท ชิตี เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด
- ๕.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซินเซีย ฟอร์ ซัคเซส
- ๕.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี เมดิคอล
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นาวาโทชวล ศรียายาง | ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นางวิภา แก้วเคน | ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| ๖.๓ นางสาวสุดคะนิง โรจนชีวะาคม | ตำแหน่ง นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ

(นาวาโทชวล ศรียายาง) (นางวิภา แก้วเคน) (นางสาวสุดคะนิง โรจนชีวะาคม)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ